



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170818-05-0000000069

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALCIVAR	GUAYAQUIL	042584375

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
18082017	10h00	12h00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	09AS1306	8.858

MOTIVO DE LLAMADA
error de calibracion de bomba de ultrafiltracion

ACCION TOMADA
se calibra bomba de ultrafiltracion queda operativa

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
queda operativa la maquina se la prueba sin novedad

Peter Lucas Maricao

Peter Lucas
DIALCIVAR

CESAR TOLEDO
NIPRO