



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170622-05-0000000023

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOHA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
22062017	8:30	19:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	15CX2823	3456

MOTIVO DE LLAMADA
maquina presenta alarma de suministro de concentrados

ACCION TOMADA
MAQUINA PRESENTA ALARMA DE SUMINISTRO DE CONCENTRADOS

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
SE RE CALIBRO CONDUCTIVIDAD DE CONCENTRADOS MAQUINA QUEDA OPERATIVA Y FUNCIONANDO SIN NINGUNA NOVEDAD

DRA. JANETH COELLO
DIALTICA

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO