

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.02102017-02-0000000118

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

Cliente	DR GUSTAVO SALVADOR						
Responsable	Tatiana Vivas		Cargo	Ad	Iministradora		
Nombre de hospital	DR GUSTAVO SALVADOR		Telefono	23	45678		
Direccion fisica de instalacion		Metropolitano					
Pais	ECUADOR		Rep.Ventas/Distri.		Gerardo Cordova		
			•				

Identificacion del Equipo

Modelo		S 55 Nro. Serie					12AS2917		
Breve descripcion del incidente o reporte									
Realizar mante	nimiento pre	ventivo.							
Fecha de instalacion 2012		2012-10	12-10-18		Fecha del probler	ma	2017-09-26		
Horas de uso	8765		Version SW	4.1	101	Codigo/	error	00000	
Turnos Por Dia 3-4		•		Numero/Sala		SALA 1			
Garantia NA				Reportado Por		JUAN GUACOLLANTES AGUILAF			
Maquina Tipo POSITIV		VA		Detalle		SALA			
Fecha de ultimo mantenimiento 2017-08-15		017-08-15		Reporte Tecnico	No.	20170926133620_1884423298			
Frecuencia de la desinfeccion				INTERDIALISIS					
Frecuencia de la desincrustacion.				DIARIA					
Operatividad General del equipo.				FUNCIONANDO					

INSPECCIONES

CONDICION EXTERNA

Conexion de tuberias, Fugas y Goteos, Danos estructurales, Deteccion de Oxido y corrosion, Ruedas de transporte

SISTEMAS ELECTRONICOS

Cable de alimentacion electrica, Toma corriente y bateria de respaldo, Tarjetas de control, Sensores y sistemas, Corriente de fuga,

VERIFICACION DE PARAMETROS

Ajustes y activacion de alarmas, Verificacion de lavados/desinfeccion, Calibracion de conductividad, Calibracion de temperatura, Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art.,

SISTEMA HIDRAULICO

Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control,

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO

Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento.

SISTEMA DE APOYO / OPCIONES

BPM, Documentacion de soporte, Verificacion de uso/operador,

INFORMACION ADICIONAL

Observaciones								
Se realiza mantenimie	ento pr	eventi	vo y se deja limpia la mad	quina. Equ	ipo	operativo.		
Nombre de tecnico.		EDISON USHIÑA			Firma / Sello			distributed a
Nombre Recibe		Daniela Vallejo			Firma / Sello.			uw
Hora de Inicio	17:30		Hora de finalizacion	20:00 F 6		Fecha(AAAA/I	MM/DD)	2017-10-02
Equipo apto para uso con paciente?					SI	SI		