



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte  
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005  
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149  
e-mail: ventasecuador@nipromed.com  
www.nipro.com.ec  
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO  
No.20170831-05-0000000081

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
31082017	11:00	22:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	07AS0235	10789

MOTIVO DE LLAMADA
Maquina saca 500ml mas del peso programado

ACCION TOMADA
Maquina Saca el peso programado

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda funcionando correctamente

DRA. JANETH COELLO  
DIALTICA

  
JUAN CARLOS CALVA  
NIPRO