



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170801-05-0000000052

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
CLINICA SANTA INES	CUENCA	-----

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
01082017	15:30	19:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	06W1635	3678

MOTIVO DE LLAMADA
Realizar mantenimiento preventivo


ACCION TOMADA
SE LIMPIO Y CALIBRO PR1, SE CALIBRO PRESION DEL DIALIZADO,

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda funcionando correctamengte

  
-----  
LCDA. MARIA GRACIA MERCHAN  
CLINICA SANTA INES

  
-----  
JUAN CARLOS CALVA  
NIPRO