



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171010-05-0000000129

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HOSPITAL POLICIA NACIONAL	GUAYAQUIL	0993058933

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
10102017	13PM	22PM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0051	494

MOTIVO DE LLAMADA
realizar mantenimiento correctivo

ACCION TOMADA
trabajo realizado, limpieza y mantenimiento preventivo total de la maquina mas calibraci3n de conductividad trabajofue realizado el d3fajueves 28/09/2017 en conjunto con el Ing. Juan Guacollantes

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
REALIZADP

marlene villalva F.

MARLENE VILLALVA
HOSPITAL POLICIA NACIONAL

f

FERNANDO QUIMIZ
NIPRO