



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170817-05-0000000068

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HOSPITAL TEOFILLO DAVILA	MACHALA	072937581

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
17082017	21:00	22:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	15CX2282	2069

MOTIVO DE LLAMADA
maquina presenta diferencia de densidad

ACCION TOMADA
se recalibro conductividad

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda funcionando correctamente

LCDA. JOHANNA PEREZ
HOSPITAL TEOFILLO DAVILA

BRYAN FLORES
NIPRO