



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170911-05-0000000101

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	SANTO DOMINGO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
11092017	10:00	16:30

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	15V2989	2988

MOTIVO DE LLAMADA
PRESENTA FALLA DE CONDUCTIVIDAD

ACCION TOMADA
Se realiza revision del equipo en la cual se encuentra que la válvula v14 y v4 se encuentran con óxido, se realiza limpieza y el equipo está operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Equipo Operativo.


Edgar Cachingre
DR GUSTAVO SALVADOR


JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO