



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170816-05-0000000066

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROSALUD	GUAYAQUIL	0960174032

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
16082017	16h30	18h25

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W2968	26.470

#### MOTIVO DE LLAMADA

buenos dias. Se solicita el arreglo de la bomba de sangre que esta apretando la linea, por favor atender la peticiÃ³n gracias.

#### ACCION TOMADA

maquina se cambia reliman del eje queda operativa

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

#### OBSERVACIONES

maquina queda operativa sin novedad

Anderson Piloza  
NEFROSALUD

CESAR TOLEDO  
NIPRO