



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170831-05-0000000084

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
31082017	11:00	14:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	12AS2456	11777


MOTIVO DE LLAMADA
Maquina presenta alarma de tanque eliminador de aire


ACCION TOMADA
Se Cambio engranajes de la bomba P2

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
spare kit	1	engranajes bomba P2

OBSERVACIONES
MAQUINA QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

  
DRA. JANETH COELLO  
DIALTICA

  
JUAN CARLOS CALVA  
NIPRO