

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.30082017-02-0000000093

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Quito - Ecuador

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

n Flores	Cargo	То		
DITAL TEOFULO DAVIUA	877.00	16	ecnico de Area Renal	
PITAL TEOFILO DAVILA	Telefono	09	0959839665	
Buenavista y boyaca		'		
ADOR	Rep.Ventas/Distri.		Jose Eduardo Zambrano	
delo S55 PLUS			15CX2279	
a remarks	1			
	e o reporte	e o reporte	e o reporte	

Modelo		S55 PI	LUS		Nro. Serie		15CX2279		
Breve descripcion del incidente o reporte									
Buenas noches, favor realizar mantenimiento preventivo									
Fecha de instalacion 20		2017-0	2017-02-01		Fecha del problema		2017-08-26		
Horas de uso	2133	200	Version SW	4.	16 Codigo/o		error	N/A	
Turnos Por Dia 3-4			Numero/Sala			SALA 1			
Garantia SI				Reportado Por		LICDA. ANA AVILA			
Maquina Tipo NEG		NEGA	EGATIVA		Detalle		SALA		
Fecha de ultimo mantenimiento 2017-08		2017-08-27		Reporte Tecnico No.		20170826201031_1032031511			
Frecuencia de la desinfeccion			DIARIA						
Frecuencia de la desincrustacion.			DIARIA						
Operatividad General del equipo.			FUNCIONANDO						

INSPECCIONES

CONDICION EXTERNA
Deteccion de Oxido y corrosion,
SISTEMAS ELECTRONICOS
/ERIFICACION DE PARAMETROS
Ajustes y activacion de alarmas, Verificacion de lavados/desinfeccion,
SISTEMA HIDRAULICO
impieza e integridad,

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	
SISTEMA DE APOYO / OPCIONES	

INFORMACION ADICIONAL

THE CHAIN ACTION AND CONTRACT								
Observaciones								
Limpieza de filtro de agua y oxido y revision del sensor de sangre								
Nombre de tecnico.		BRYAN FLORES F		Firma / Sello				
Nombre Recibe		LICDA. ANA AVILA			Firma / Sello.		Ana Avilo	
Hora de Inicio	09:00	am	Hora de finalizacion	14:00 pm		echa(AAAA/N	/IM/DD)	2017-08-30
Equipo apto para uso con paciente?					SI			