



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170801-05-0000000050

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	PORTOVIEJO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
01082017	13:00	17:30

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	08W2099	36256

MOTIVO DE LLAMADA
PresiÃ³n de dializado

ACCION TOMADA
Buenas tarde queda maquina operativa

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
PR1	1	USADO

OBSERVACIONES
SE CAMBIO PR1 POR NO CALIBRAR LA PRESIÃ³N SE CALIBRA POS BOMBA VISCOSA (A y B) Y CALIBRA CONDUCTIVIDAD

TEC. ERNESTO CARVAJAL
DR GUSTAVO SALVADOR

LEONARDO MACIAS
NIPRO