



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170830-05-0000000079

| CLIENTE | CIUDAD | TELEFONO |
|------------|-----------|------------|
| CENAG S.A. | GUAYAQUIL | 0989756072 |

| FECHA(DDMMAAAA) | HORA ENTRADA | HORA SALIDA |
|-----------------|--------------|-------------|
| 30082017 | 9H30 | 11H50 |

| EQUIPO | SERIE | CICLOS |
|---------|----------|--------|
| SURDIAL | 14CX1845 | 3.608 |

| MOTIVO DE LLAMADA |
|-------------------------|
| Máquina No ultra filtra |

| ACCION TOMADA |
|--|
| SE REvisa MAQUINA Y AL PARECER HAN MONIADO PARA QUE NO ULTRA FILTRE YA QUEDO OPERATIVA |

REPUESTOS UTILIZADOS

| NOMBRE REPUESTO: | CANTIDAD: | DESCRIPCION |
|------------------|-----------|-------------|
|------------------|-----------|-------------|

| OBSERVACIONES |
|-------------------------|
| MAQUINA QUEDA OPERATIVA |

ING. XAVIER CORONEL
CENAG S.A.

CESAR TOLEDO
NIPRO