



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170804-05-0000000056

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROLOGY	QUITO	0997174120

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
04082017	12:15	13:15

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0047	14369

MOTIVO DE LLAMADA
Fuga de agua por debajo de la máquina

ACCION TOMADA
Se realiza cambio de válvula v9b ya que contiene fugas. Equipo operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Equipo operativo



L Diana Canga
NEFROLOGY



JUAN GUACÓN LANTES AGUILAR
NIPRO