



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador


REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171002-06-0000000010

VISITA DE CONTROL

CLIENTE:	HOSPITAL ISIDRO AYORA
FECHA-HORA SOLICITUD:	02-10-2017 11:06:32 AM
FECHA-HORA INICIO:	02-10-2017 16:37:18 PM
FECHA-HORA FINALIZACION:	02-10-2017 16:37:18 PM
DESCRIPCION DEL TRABAJO	
Se cambio el tiempo de lavado de todas las maquinas, parámetros se encuentran en rangos normales	
TECNICO A CARGO:	JUAN CARLOS CALVA


HOSPITAL ISIDRO AYORA
Lida. Martha Leon


NIPRO