



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170905-05-0000000094

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
CARDIOCENTRO	MANTA	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
05092017	10:00	12:45

EQUIPO	SERIE	CICLOS
MAQUINA DE DIALISIS	K11692S	1450

MOTIVO DE LLAMADA
maquina no dialisa da error pg3 falta de agua

ACCION TOMADA
buenos días se verifica la maquina y se encuentra tapado valvula de entrada PR1 se limpia residuos encontrado de tuberia y se realiza llenado y desinfeccion de la maquina

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
maquina queda operativa chequeo de presiones dentro del rango

  
-----  
Sr. Aux. Darwin Segovia  
CARDIOCENTRO

  
-----  
LEONARDO MACIAS  
NIPRO