



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170905-05-0000000095

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	QUITO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
05092017	14:00	14:45

EQUIPO	SERIE	CICLOS
MÁQUINA DE DIÁLISIS	09W2285	26841

MOTIVO DE LLAMADA
fuga de agua durante la desinfección y calibración, por las pipetas.

ACCION TOMADA
Se realiza cambio de conector de pipeta ya que los empaques se encuentran desgastados. Se realiza pruebas en el lavado y el equipo queda operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Equipo 100% operativo.

Daniela Vallejo
DR GUSTAVO SALVADOR

JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO