



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: [ventasecuador@nipromed.com](mailto:ventasecuador@nipromed.com)

[www.nipro.com.ec](http://www.nipro.com.ec)

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170928-05-0000000114

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	SANTO DOMINGO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
28092017	08:00 AM	15:00 PM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	09AS1068	7

MOTIVO DE LLAMADA
Maquina presenta error de bater��a se solicita la cotizaci��n de una nueva bateria

ACCION TOMADA
Se procedi�� a realizar el cambio de la bater��a de la maquina de hemodialisis surdial 55 plus quedando en perfecto funcionamiento.

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Se deja en funcionamiento la maquina de hemodialisis surdial 55 Plus

-----  
Edgar Canchingre  
DR GUSTAVO SALVADOR

-----  
DAVID ZAMBRANO  
NIPRO