



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170626-05-0000000025

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROLOJA	LOHA	0991026781

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
26062017	15:00	16:15

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W3086	15419

MOTIVO DE LLAMADA
Se reporta que la maquina Surdial presenta un sonido frecuente en la bomba de sangre.

ACCION TOMADA
Se cambio ruliman en el rodamiento 3 de la bomba de sangre

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Despu�s de cambiarle el ruliman maquina queda operativa y sin ninguna novedad

ING. JOSE ESPINOZA  
NEFROLOJA

JUAN CARLOS CALVA  
NIPRO