

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170817-05-0000000067

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO	
HOSPITAL TEOFILO DAVILA	MACHALA	072937581	
FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	
17082017	19.00		

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	15CX2283	2000

MOTIVO DE LLAMADA	TIVO DE LLAMADA	
maquina da alarma váIvula de desinfección	uina da alarma válvula de desinfección	

ACCION TOMADA	
Se calibro presion de entrada de a	jua en PR1

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

_	$\overline{}$	 	•	_		-
, 1		 , ,, ,	\	11 Y	NI	ES
u	\mathbf{L}	. v .	70	w	ıv	டப

maquina queda operativa al 100%

LCDA. JOHANNA PEREZ HOSPITAL TEOFILO DAVILA BRY FLORES
NIPRO