

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.02102017-02-0000000116

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

Cliente	DR GUSTAVO SALVADOR					
Responsable	Tatiana Vivas		Cargo	Administradora		
Nombre de hospital	DR GUSTAVO SALVADOR		Telefono	2345678		
Direccion fisica de instala	cion	Metropolitano				
Pais	ECUADOR		Rep.Ventas/Distri.	Gerardo Cordova		
				•		

Identificacion del Equipo

Modelo		S 55		Nro. Serie		12AS2928			
Breve descripcion del incidente o reporte									
Realizar mante	nimiento prev	ventivo.							
Fecha de instalacion 2012-0		-18		Fecha del problema		2017-09-26			
Horas de uso	8453		Version SW	4.	101	Codigo/	error	00000	
Turnos Por Dia 3-4		Numero/Sala			SALA 1				
Garantia	Garantia NA				Reportado Por		JUAN GUACOLLANTES AGUILAR		
Maquina Tipo POSIT		POSITI	IVA		Detalle		SALA		
Fecha de ultimo mantenimiento 2017-		017-08-15		Reporte Tecnico No.		20170926133602_1452196444			
Frecuencia de la desinfeccion			INTERDIALISIS						
Frecuencia de la desincrustacion.				DIARIA					
Operatividad General del equipo.				FUNCIONANDO					

INSPECCIONES

CONDICION EXTERNA

Conexion de tuberias, Fugas y Goteos, Danos estructurales, Deteccion de Oxido y corrosion, Ruedas de transporte

SISTEMAS ELECTRONICOS

Cable de alimentacion electrica, Toma corriente y bateria de respaldo, Tarjetas de control, Sensores y sistemas, Corriente de fuga,

VERIFICACION DE PARAMETROS

Ajustes y activacion de alarmas, Verificacion de lavados/desinfeccion, Calibracion de conductividad, Calibracion de temperatura, Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art.,

SISTEMA HIDRAULICO

Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control,

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO

Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento.

SISTEMA DE APOYO / OPCIONES

BPM, Documentacion de soporte, Verificacion de uso/operador,

INFORMACION ADICIONAL

Observaciones								
Se realiza mantenimie	ento pr	eventi	vo y se deja limpia la mad	quina. Equ	ipo	operativo.		
Nombre de tecnico.		EDISON USHIÑA			Firma / Sello			edizent disposed
Nombre Recibe		Daniela Vallejo			Firma / Sello.			um
Hora de Inicio	17:30		Hora de finalizacion	20:00		Fecha(AAAA/	MM/DD)	2017-10-02
Equipo apto para uso con paciente?				SI				