



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170708-05-0000000027

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOHA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
08072017	15:00	16.30

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14AS2987	6763

MOTIVO DE LLAMADA
Suministro de agua insuficiente. flujo de dializado detenido, alarma tanque eliminador de aire

ACCION TOMADA
Codo de silicona se encuentra rotoSe cambio el codo de silicona

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda funcionado al 100%


Lcda. Melina Paguay
DIALTICA


JUAN CARLOS CALVA
NIPRO