



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170624-05-0000000024

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOHA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
24062017	7:00 AM	9:00 AM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	07AS0235	25000

MOTIVO DE LLAMADA
MAQUINA PRESENTA ALARMA DE SUMINISTRO DE AGUA INSUFICIENTE

ACCION TOMADA
-Se cambio Bomba P1

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda operativa y funcionando correctamente

DRA. JANETH COELLO
DIALTICA

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO