



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170829-05-0000000075

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROSALUD	GUAYAQUIL	0960174032

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
29082017	9h35	12h30

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	09W2397	25.601

MOTIVO DE LLAMADA
Maquina causa calambres a los pacientes

ACCION TOMADA
se recalibra conductividad y se regula flujo de entrada equipo queda operativo sin novedad

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
maquina queda operativa



ANDRES PILOSO
NEFROSALUD



CESAR TOLEDO
NIPRO