

## FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.**

Cliente	HEMODIALVYR		
Responsable	Esperanza Velazco	Cargo	Gerente
Nombre de hospital	HEMODIALVYR	Telefono	33456212
Direccion fisica de instalacion	San Rafael		
Pais	ECUADOR	Rep.Ventas/Distri.	Gerardo Cordova

### Identificacion del Equipo


Modelo	S 55 PLUS	Nro. Serie	13CX0016
Breve descripcion del incidente o reporte			
Por favor realizar mantenimiento preventivo y limpieza de tarjetas electr�nicas.			
Fecha de instalacion	2014-04-03	Fecha del problema	2017-07-05
Horas de uso	2896	Version SW	2.5
		Codigo/error	0000
Turnos Por Dia	3-4	Numero/Sala	SALA 1
Garantia	SI	Reportado Por	ESPERANZA VELASCO
Maquina Tipo	NEGATIVA	Detalle	SALA
Fecha de ultimo mantenimiento	2017-04-03	Reporte Tecnico No.	20170705234156_1877654183
Frecuencia de la desinfeccion	INTERDIALISIS		
Frecuencia de la desincrustacion.	DIARIA		
Operatividad General del equipo.	FUNCIONANDO		

### INSPECCIONES

<b>CONDICION EXTERNA</b>
Conexion de tuberias,Fugas y Goteos,Danos estructurales,Deteccion de Oxido y corrosion,Ruedas de transporte
<b>SISTEMAS ELECTRONICOS</b>
Cable de alimentacion electrica,Toma corriente y bateria de respaldo,Tarjetas de control,Sensores y sistemas,Corriente de fuga,
<b>VERIFICACION DE PARAMETROS</b>
Ajustes y activacion de alarmas,Verificacion de lavados/desinfeccion,Calibracion de conductividad,Calibracion de temperatura,Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art.,

<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>
Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control,
<b>VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO</b>
Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento,
<b>SISTEMA DE APOYO / OPCIONES</b>
BPM,Filtro de endotoxinas,Red de computo/LAN,Documentacion de soporte,Verificacion de uso/operador,

#### INFORMACION ADICIONAL

<b>Observaciones</b>					
Se realiza mantenimiento preventivo en el cual se realiza limpieza de sensores, tarjetas electronicas y limpieza exterior.					
<b>Nombre de tecnico.</b>		JUAN GUACOLLANTES AGUILAR		<b>Firma / Sello</b>	
<b>Nombre Recibe</b>		Juan Carcuango		<b>Firma / Sello.</b>	
<b>Hora de Inicio</b>	22:00	<b>Hora de finalizacion</b>	00:30	<b>Fecha(AAAA/MM/DD)</b>	2017-07-19
<b>Equipo apto para uso con paciente?</b>				SI	