



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170901-05-0000000089

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
01092017	16:30	18:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	12AS2459	11778

MOTIVO DE LLAMADA
MAQUINA NO RESPONDE LA PANTALLA

ACCION TOMADA
Se cambio la pantalla touch

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
PANTALLA TOUCH	1	PANTALLA TACTIL

OBSERVACIONES
Pantalla queda funcionando correctamente

DRA. JANETH COELLO
DIALTICA

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO