



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171003-05-0000000120

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HOSPITAL POLICIA NACIONAL	GUAYAQUIL	0993058933

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
03102017	13pm	22pm

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	02W0497	24215

MOTIVO DE LLAMADA
realizar el mantedamiento correctivo

ACCION TOMADA
trabajo realizado, limpieza y mantenimiento preventivo total de la maquina mas calibraci3n de conductividad

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
trabajo realizado, limpieza y mantenimiento preventivo total de la maquina mas calibraci3n de conductividad trabajo fue realizado el dA-a jueves 28/09/2017 en conjunto con el Ing. Juan Guacollantes

SORAYA PIEDRA
HOSPITAL POLICIA NACIONAL

FERNANDO QUIMIZ
NIPRO