



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170829-05-0000000076

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROSALUD	GUAYAQUIL	0960174032

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
29082017	9H3012H45	12H50

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W3001	24.003

MOTIVO DE LLAMADA
buenos dias.se informa que la maquina NIPRO SURDIAL, se encuentra el rodillo de la bomba de sangre duro.

ACCION TOMADA
SE REvisa Y LOS RULIMANES ESTÁN DAÑADOS SE REPLAZA QUEDA OPERATIVA LA MAQUINA

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
MAQUINA QUEDA OPERATIVA

Andrés Piroso

ANDRES PILOSO
NEFROSALUD

Cesar Toledo

CESAR TOLEDO
NIPRO