

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.31082017-02-0000000095

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

Cliente	NEFROMEDIC							
Responsable	Monica Chaluisa		Cargo		Gerente			
Nombre de hospital	NEFR	EFROMEDIC Telefono		30	21575			
Direccion fisica de instalacion Quito sur								
Pais	ECU <i>F</i>	ADOR	Rep.Ventas/Distri.		Gerardo cordova			
Identificacion del Equipo								
Modelo	TIPO	II	Nro. Serie		13W3627			

Modelo		TIPO II		Nro. Serie		13W3627			
Breve descripcion del incidente o reporte									
Mantenimiento	preventivo								
Fecha de instalacion		2014-07-31			Fecha del probler	na	2017-08-31		
Horas de uso	11794		Version SW	44	1S/07	Codigo/		00000	
Turnos Por Dia 3-4				Numero/Sala		SALA 1			
Garantia	antia SI				Reportado Por		JUAN GUACOLLANTES AGUILAF		
Maquina Tipo NEGATI		īVA		Detalle		SALA			
Fecha de ultimo mantenimiento 20		017-05-16		Reporte Tecnico No.		20170831120144_802118698			
Frecuencia de la desinfeccion				INTERDIALISIS					
Frecuencia de la desincrustacion.				DIARIA					
Operatividad General del equipo.				FUNCIONANDO					

INSPECCIONES

CONDICION EXTERNA

Conexion de tuberias, Fugas y Goteos, Danos estructurales, Deteccion de Oxido y corrosion, Ruedas de transporte

SISTEMAS ELECTRONICOS

Cable de alimentacion electrica, Toma corriente y bateria de respaldo, Tarjetas de control, Sensores y sistemas, Corriente de fuga,

VERIFICACION DE PARAMETROS

Ajustes y activacion de alarmas, Verificacion de lavados/desinfeccion, Calibracion de conductividad, Calibracion de temperatura, Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art.,

SISTEMA HIDRAULICO

Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control,

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO

Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento,

SISTEMA DE APOYO / OPCIONES

BPM,Filtro de endotoxinas,Red de computo/LAN,Documentacion de soporte,Verificacion de uso/operador,

INFORMACION ADICIONAL

Observaciones								
Se realiza calibracion y se hace pruebas de funcionamiento								
Nombre de tecnico.		JUAN	UAN GUACOLLANTES AGUILAR			ma / Sello	其	
Nombre Recibe		Luis Arrellano			Firma / Sello.		2	
Hora de Inicio	15:30		Hora de finalizacion	18:00	1	Fecha(AAAA/N	M/DD)	2017-08-31
Equipo apto para uso con paciente?				SI	SI			