




Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20171003-06-0000000012

VISITA DE CONTROL

CLIENTE:	DIALTICA
FECHA-HORA SOLICITUD:	03-10-2017 15:23:14 PM
FECHA-HORA INICIO:	03-10-2017 17:05:13 PM
FECHA-HORA FINALIZACION:	03-10-2017 17:05:13 PM
DESCRIPCION DEL TRABAJO	
Se limpio filtros de los ventiladores de las fuentes de poder de todas la 17 maquinas	
TECNICO A CARGO:	JUAN CARLOS CALVA

DIALTICA



DRA. JANETH COELLO

NIPRO

