



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170724-05-0000000042

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
24072017	15.00	16:27

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	08AS0676	22000

MOTIVO DE LLAMADA
pacientes presentan calambres durante el tratamiento

ACCION TOMADA
Se calibro conductividad

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
maquina queda funcionando, se va a hacer seguimiento durante los tratamientos descartar que la maquina sea la que esta provocando los calambres en los pascientes


DRA. JANETH COELLO
DIALTICA


JUAN CARLOS CALVA
NIPRO