



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170912-05-0000000103

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
INRIDI SAN MARTIN	GUAYAQUIL	04625609

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
12092017	18h15	21h00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14CX1836	1.431

MOTIVO DE LLAMADA
Mantenimiento correctivo por variaci3n de conductividad.

ACCION TOMADA
maquina con problemas de variaci3n de conductividad se recalibra queda operativa

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
queda operativa la maquina

cristhian Gomez
INRIDI SAN MARTIN

CESAR TOLEDO
NIPRO