



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170725-05-0000000046

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
25072017	11:00	13:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14AS2456	6538

MOTIVO DE LLAMADA
Maquina saca 700ml menos del peso programado

ACCION TOMADA
Maquina saca el peso correcto

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
maquina queda funcionando correctamente

DRA. JANETH COELLO  
DIALTICA

JUAN CARLOS CALVA  
NIPRO