



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170909-05-0000000098

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
INTEGRALDIAL	GUAYAQUIL	0967730217

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
09092017	20H10	1H20

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13W3644	11.823

MOTIVO DE LLAMADA
ERROR MAXIMA PRECION DE DIALISADO

ACCION TOMADA
SE CALIBRA PS Y FS Y HABÍA OBSTRUCCIÓN QUEDA OPERATIVA

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
QUEDA OPERATIVA LA MAQUINA

KENY BRAVO
INTEGRALDIAL

CESAR TOLEDO
NIPRO