



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170728-05-0000000049

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
28072017	21:30	22:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14AS3883	9560

MOTIVO DE LLAMADA
maquina gotea por el puerto de lavado azul

ACCION TOMADA
Se cambio socket rojo se encuentra roto, se cambio socket rojo

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda funcionando correctamente sin ningun tipo de fuga de agua

DRA. JANETH COELLO
DIALTICA

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO