

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.08042018-02-0000000034

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

Cliente		TEST							
Responsable		fdsfsf		Cargo		fdsfsf			
Nombre de hospital		TEST		Telefono f		dsfsf			
Direccion fisica de instala		cion dsadad							
Pais		ECUADOR		Rep.Ventas/Distri.		fdsfsf			
Identificacion del Equipo									
Modelo			ODEL		Nro. Serie		SERIE		
Breve descripe	cion del inci	dente o	reporte				•		
sdfsfsdfsdfs									
Fecha de instalacion				Fecha del problema		2018-04-08			
Horas de uso	fdsf		Version SW fds		Sf Codi		/error	fdsf	
Turnos Por Dia	a	1-2			Numero/Sala		TEST SI	JCURSAL	
Garantia		SI		Reportado Por		SUPER ADMIN			
Maquina Tipo		POSITIVA			Detalle		SALA	SALA	
Fecha de ultim	o mantenim	iento	to		Reporte Tecnico No.		2017042	20170423222838_1341484073	
Frecuencia de la desinfeccion				DIARIA					
Frecuencia de	la desincru	stacion.	ion.		DIARIA				
Operatividad C	Seneral del e	equipo.			FUNCIONANDO				
INSPECCIONE	S								

ONDICION EXTERNA
onexion de tuberias,
STEMAS ELECTRONICOS
able de alimentacion electrica,
ERIFICACION DE PARAMETROS
ustes y activacion de alarmas,
STEMA HIDRAULICO
mpieza e integridad,

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO					
Bomba de sangre,					
SISTEMA DE APOYO / OPCIONES					
BPM,					

INFORMACION ADICIONAL

Observaciones								
fdsfsf								
Nombre de tecnico.		SUPER ADMIN			Firn	Firma / Sello		
Nombre Recibe		fdsfdsf			Firma / Sello.			
Hora de Inicio	cio fdsfdsf Hora de finalizacion fdsfds		fdsfdsf	F	Fecha(AAAA/MM/DD)		2018-04-08	
Equipo apto para uso con paciente?						SI		