



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170904-05-0000000092

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROLOJA	LOHA	0991026781

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
04092017	15:00	16:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W3086	16164

MOTIVO DE LLAMADA

SE SOLICITA DE FAVOR REALIZAR LA REVISIÃO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MAQUINA 10W3086 CON RUIDO CONSTANTE EN LA BOMBA DE SANGRE. ADEMAN LOS VALORES DE LAS PRESIONES PV=8mmhg, PD=-2mmhg, PTM=9mmhg LOS MISMO QUE ESTÃO MUY POR DEBAJO DE LOS LIMITES. EN ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA DEBIDO A QUE TENEMOS PACIENTES EN TODOS LOS TURNOS EN ESA MAQUINA.

ACCION TOMADA


A las tres de la tarde se va ha cambiar el ruliman de la bomba de sangre

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
rulimanes	3	rulimanes para rodamientos de la bomba de sangre

OBSERVACIONES

Se cambio los tres rulimanes de la bomba de sangre


ING. JOSE ESPINOZA
NEFROLOJA


JUAN CARLOS CALVA
NIPRO