



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte  
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005  
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149  
e-mail: ventasecuador@nipromed.com  
www.nipro.com.ec  
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO  
No.20170621-05-0000000022

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
BIODIAL	GUAYAQUIL	0939263517

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
21062017	11h00	12h00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	09W2435	16.456

MOTIVO DE LLAMADA
maquina presenta m�xima de dializado

ACCION TOMADA
calibraci�n de ps y fs

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
la maquina queda operativa funcionando normalmente

-----  
XIMENA SOTOMAYOR  
BIODIAL

-----  
CESAR TOLEDO  
NIPRO