



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: [ventasecuador@nipromed.com](mailto:ventasecuador@nipromed.com)

[www.nipro.com.ec](http://www.nipro.com.ec)

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170830-05-0000000080

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALCIVAR	GUAYAQUIL	042584375

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
30082017	11H50	12H25

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	11AS2219	6.288

MOTIVO DE LLAMADA
el rodillo de la bomba de sangre esta apretada por favor revisar se calienta bomba

ACCION TOMADA
SE CAMBIA RULIMANES QUEDA OPERATIVA SIN NOVEDAD

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
QUEDA OPERATIVA LA MAQUINA

IVAN MERCHAN  
DIALCIVAR

CESAR TOLEDO  
NIPRO