



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170810-05-0000000061

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROSALUD	GUAYAQUIL	0960174032

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
10082017	9:45	10:45

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	12AS2889	34212

MOTIVO DE LLAMADA
Buenos dias.Se solicita la petici3n de la maquina surdial 55 con serie 12AS2889, sale alarma SUJETADOR DE PRESILLA, por favor atenderla peticion gracias.atentamente Martha Delgado

ACCION TOMADA
maquina queda operativa se cambia swich de presilla

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
MAQUINA OPERATIVA

ING MARTHA DELGADO
NEFROSALUD

CESAR TOLEDO
NIPRO