



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170821-05-0000000071

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
FUNDACIÃ“N RENAL IÃ“IGO	GUAYAQUIL	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
21082017	10h30	12h25

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	03W0666	34.986

MOTIVO DE LLAMADA
MENSAJE DE TANQUE ELIMINADOR DE AIRE- NECESITAMOS LAS MAQUINAS DE MANERA URGENTE

ACCION TOMADA
se limpia tanque eliminador de aire y se calibra entrada de agua queda operativa sin novedad

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
maquina operativa sin novedad

jose posligua
FUNDACIÃ“N RENAL IÃ“IGO

CESAR TOLEDO
NIPRO