

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HEMODIALVYR	QUITO	0984621966

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
30082017	06:00	07:45

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0015	8830


MOTIVO DE LLAMADA
ALARMA SENSOR FS2

ACCION TOMADA
Se revisa sensor fs2 y se realiza cambio ya que se encuentra averiado. Se realiza pruebas en lavado y dialogado.

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
SP-0502-290	1	PHOTO SENSOR

OBSERVACIONES
Equipo se encuentra operativo

  
Gladys Chuquimarca  
HEMODIALVYR  
JUAN GUACOLLANTES AGUILAR  
NIPRO