



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170815-05-0000000062

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HOSPITAL POLICIA NACIONAL	GUAYAQUIL	0993058933

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
15082017	09h50	12h30

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	07W1766	2.529

MOTIVO DE LLAMADA
Maquina esta botando agua por debajo

ACCION TOMADA
se revisa maquina y era las abrazaderas que estaban flojas de igual manera se cambia de abrazadera queda sin votar agua

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Equipo operativo despues de haber realizado prueba de funcionamiento

Lic. Marlene Villalva
HOSPITAL POLICIA NACIONAL

CESAR TOLEDO
NIPRO