YG(B)201G Máy đo Formaldehyde cho Vải dệt



[Phạm vi Ứng dụng]

Dùng để xác định nhanh hàm lượng formaldehyde trong các loại vải dệt khác nhau.

[Tiêu chuẩn Liên quan]

GB/T2912.1 GB/T 2912.2 GB18401 SN/T219 ISO14184.1 v.v.

[Đặc điểm của Thiết bị]

1. Sử dụng phương pháp chiết xuất, có thể đo đồng thời giá trị formaldehyde và giá trị độ hấp thụ quang theo phương pháp tiêu chuẩn quốc gia.

2. Thân máy (có màn hình cảm ứng màu) có thể được điều khiển hai chiều với máy tính, dữ liệu quang phổ được xử lý tự động, và có thể in báo cáo.

3. Có các chức năng như đường cong hấp thụ, chọn bước sóng, độ hấp thụ và độ truyền qua.

4. Cấu trúc máy quang phổ, thử tự động 4 trạm, tự động thử 3 mẫu cùng lúc.

5. Có thể thử trực tuyến (online).

6. Tự động hiệu chuẩn 100%T và 0%T.

[Thông số Kỹ thuật]

1. Chế độ hoạt động: Điều khiển bằng vi xử lý, màn hình màu hiển thị tiếng Trung, in báo cáo, có thể kết nối với phần mềm đồ họa trên máy tính để thử nghiệm.

2. Phạm vi đo: Độ truyền qua ánh sáng: 0% đến 100%

Độ hấp thụ: 0~2,0

Hàm lượng formaldehyde: (5,00~500,00) mg/kg (pha loãng mẫu có thể đạt 5000mg/kg)

3. Độ chính xác đo: hàm lượng formaldehyde ≤ 2% F.S

4. Nguồn sáng: đèn halogen vonfram nhập khẩu, tuổi thọ cao

5. Hệ quang học: Thiết kế đường quang tự căn chỉnh, bộ đơn sắc dùng cách tử nhiễu xạ 1200 vạch/mm

6. Phạm vi bước sóng: (325~1000)nm

7. Độ rộng dải phổ: 5nm

8. Độ chính xác bước sóng: ±2nm

9. Độ lặp lại bước sóng: 1nm

10. Nguồn điện: AC220V±10% 50Hz 50W

11. Kích thước: (600×400×300)mm

12. Khối lượng: 40kg

13. Nhiệt độ môi trường làm việc: (5~40)℃

14. Phương pháp đo: Áp dụng phương pháp acetylaceton theo tiêu chuẩn quốc gia (GB/T2912.1, GB18401-2001 và ISO14184.1). Formaldehyde phản ứng với acetylaceton (có mặt dung dịch đệm axit acetic - amoni acetat) tạo thành hợp chất màu vàng.