

样品							55 Mn [ He ]		56 Fe [ He ]		63 Cu [ He ]	
	拒绝	数据文件	采集日期时间	类型	级别	样品名称	浓度 [ mg/L ]	浓度 RSD	浓度 [ mg/L ]	浓度 RSD	浓度 [ mg/L ]	浓度 RSD
	FALSE	1. d	2018/3/9 14:05	CalBlk	1	汞空白	<0.000	N/A	0.002337355	2.0112727	0.000234801	13.978788
	FALSE	2. d	2018/3/9 14:08	CalStd	2	2	0.000209644	4.6344319	0.002253499	19.832752	4.18195E-05	18.056266
	FALSE	3. d	2018/3/9 14:09	CalStd	3	3	0.0001682	20.073571	0.001183643	11.777667	2.06878E-05	8.853251
	FALSE	4. d	2018/3/9 14:11	CalStd	4	4	0.000178354	10.021021	0.001038561	9.1975637	4.14758E-05	9.7036103
	FALSE	5. d	2018/3/9 14:12	CalStd	5	5	0.00015114	11.646668	0.000932422	11.512196	2.83539E-05	14.089181
	FALSE	6. d	2018/3/9 14:14	CalStd	6	6	0.000180165	18.187327	0.000739934	14.278624	0.000154079	1.4012559
	FALSE	7. d	2018/3/9 14:15	CalStd	7	7	0.000193134	3.44031	0.000744714	8.9708828	5.39583E-05	11.624491
	FALSE	8. d	2018/3/9 14:17	CalStd	8	8	0.000192724	2.8835052	0.000419082	27.939272	7.30278E-05	7.0905663
	FALSE	9. d	2018/3/9 14:18	CalBlk	9	混标空白	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	FALSE	10. d	2018/3/9 14:20	CalStd	10	10	0.010149473	0.398902	0.010564959	2.7205569	0.00406507	0.3877531
	FALSE	11. d	2018/3/9 14:21	CalStd	11	11	0.020672112	0.8119885	0.021288364	0.7263457	0.008186281	0.8299747
	FALSE	12. d	2018/3/9 14:23	CalStd	12	12	0.052212535	0.2414807	0.053528918	0.0900474	0.020714141	0.3024619
	FALSE	13. d	2018/3/9 14:24	CalStd	13	13	0.099875699	0.5342491	0.099787597	1.3007828	0.040358621	0.5647227
	FALSE	14. d	2018/3/9 14:25	CalStd	14	14	0.20176613	0.5515397	0.200470632	0.8699103	0.081300212	0.6856931
	FALSE	15. d	2018/3/9 14:27	CalStd	15	15	0.501562498	0.038763	0.5026406	0.126603	0.20101152	0.3559053
	FALSE	16. d	2018/3/9 14:28	CalStd	16	16	0.998752391	0.4619576	0.998398951	0.6524308	0.399158252	0.7420386
	FALSE	空白1. d	2018/3/9 14:30	Sample		空白1	0.000123825	12.852844	0.000216817	17.589732	7.0963E-05	0.1204964
	FALSE	空白2. d	2018/3/9 14:31	Sample		空白2	2.44584E-05	20.578961	2.41625E-05	219.23868	3.24344E-05	13.970814
	FALSE	松华坝. d	2018/3/9 14:33	Sample		RS201803-0002	0.011275338	0.0470733	0.016371923	4.730165	0.000450686	1.8229256
	FALSE	红坡水库. d	2018/3/9 14:34	Sample		红坡水库	0.024495049	0.2677236	0.02790269	8.3173945	0.001367217	1.1820345
	FALSE	自卫村水库. d	2018/3/9 14:36	Sample		RS201803-0008	0.002666071	1.5574485	0.006443388	9.3053867	0.001472647	0.4690279
	FALSE	断桥. d	2018/3/9 16:00	Sample		RS201803-0005	0.01444495	0.6511709	0.071087552	1.6531623	0.001103064	0.5354859
	FALSE	外草海中心. d	2018/3/9 16:01	Sample		RS201803-0006	0.017912796	0.8207365	0.106132549	0.5980977	0.00159221	0.606502
	FALSE	西园隧道出口. d	2018/3/9 16:03	Sample		西园隧道出口	0.036306842	0.5477477	0.118769423	1.4807819	0.001205358	0.8968178
	FALSE	西园隧道出口1. d	2018/3/9 16:04	Sample		西园隧道出口	0.036680713	0.3494486	0.12101892	2.8472073	0.001184682	0.9555256
	FALSE	海埂. d	2018/3/9 16:06	Sample		RS201803-0001	0.011862785	0.4146034	0.119464675	2.3167127	0.000940671	0.8518379
	FALSE	五水厂. d	2018/3/9 16:07	Sample		RS201803-0007	0.016247266	0.7951163	0.124930035	0.8472232	0.002000104	1.206324
	FALSE	空白14. d	2018/3/14 16:01	Sample		空白14	7.8573E-05	14.394886	0.001223066	2.9552071	2.39808E-05	10.156095
	FALSE	空白15. d	2018/3/14 16:02	Sample		空白15	6.24708E-05	27.842141	0.001288713	4.0355373	2.32435E-05	5.188285

样品							66 Zn [ He ]		75 As [ He ]		78 Se [ He ]	
	拒绝	数据文件	采集日期时间	类型	级别	样品名称	浓度 [ mg/L ]	浓度 RSD	浓度 [ mg/L ]	浓度 RSD	浓度 [ mg/L ]	浓度 RSD
	FALSE	1. d	2018/3/9 14:05	CalBlk	1	汞空白	0.000978117	19.959247	<0.000	N/A	7.24764E-05	71.32729
	FALSE	2. d	2018/3/9 14:08	CalStd	2	2	0.001951984	8.8434561	<0.000	N/A	3.83688E-05	250.18961
	FALSE	3. d	2018/3/9 14:09	CalStd	3	3	0.001035035	4.950045	3.00049E-05	37.46505	4.263E-05	108.18226
	FALSE	4. d	2018/3/9 14:11	CalStd	4	4	0.001473958	2.1559544	<0.000	N/A	2.55762E-05	293.02902
	FALSE	5. d	2018/3/9 14:12	CalStd	5	5	0.003524172	0.3590898	<0.000	N/A	0.000106575	93.727191
	FALSE	6. d	2018/3/9 14:14	CalStd	6	6	0.002857945	1.0790462	2.48182E-05	19.517523	4.263E-05	108.18226
	FALSE	7. d	2018/3/9 14:15	CalStd	7	7	0.001506615	3.0961299	5.51933E-05	16.150425	7.67466E-05	75.145252
	FALSE	8. d	2018/3/9 14:17	CalStd	8	8	0.001087045	0.1388724	8.92742E-05	3.2933987	<0.000	N/A
	FALSE	9. d	2018/3/9 14:18	CalBlk	9	混标空白	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	FALSE	10. d	2018/3/9 14:20	CalStd	10	10	0.025487964	0.331262	0.001890448	2.6565878	0.000950698	6.1647715
	FALSE	11. d	2018/3/9 14:21	CalStd	11	11	0.04569334	0.6076116	0.003902096	0.7095333	0.00222968	14.432188
	FALSE	12. d	2018/3/9 14:23	CalStd	12	12	0.109614848	0.2541898	0.010252166	1.8757435	0.005423093	3.4130098
	FALSE	13. d	2018/3/9 14:24	CalStd	13	13	0.211659981	0.7546808	0.0205893	0.5343894	0.010535681	3.2498363
	FALSE	14. d	2018/3/9 14:25	CalStd	14	14	0.420236898	0.4098917	0.041161521	0.7979814	0.020852446	5.1987772
	FALSE	15. d	2018/3/9 14:27	CalStd	15	15	1.018004156	0.6937064	0.101638671	0.1522869	0.051618167	1.5433694
	FALSE	16. d	2018/3/9 14:28	CalStd	16	16	1.985135056	0.4924253	0.198879876	0.2598809	0.098941604	1.0015271
	FALSE	空白1. d	2018/3/9 14:30	Sample		空白1	0.00053524	6.3395598	8.07544E-05	7.5799332	0.000396472	4.9252755
	FALSE	空白2. d	2018/3/9 14:31	Sample		空白2	0.000337365	3.47467	3.44496E-05	25.875397	8.09989E-05	41.775351
	FALSE	松华坝. d	2018/3/9 14:33	Sample		RS201803-0002	0.008304249	0.3200848	0.000638306	3.4955835	0.000208898	63.629765
	FALSE	红坡水库. d	2018/3/9 14:34	Sample		红坡水库	0.00697885	0.6623043	0.000328955	6.7597361	0.000242997	25.96376
	FALSE	自卫村水库. d	2018/3/9 14:36	Sample		RS201803-0008	0.004838058	0.6925981	0.00042009	6.3133013	0.000208898	22.076878
	FALSE	断桥. d	2018/3/9 16:00	Sample		RS201803-0005	0.007295378	0.937655	0.004246644	1.5981082	0.000191844	31.506535
	FALSE	外草海中心. d	2018/3/9 16:01	Sample		RS201803-0006	0.008100082	0.8274359	0.009061237	1.0523171	0.000468957	18.157005
	FALSE	西园隧道出口. d	2018/3/9 16:03	Sample		西园隧道出口	0.01589903	1.2340019	0.003845361	2.1125843	0.000294158	22.311208
	FALSE	西园隧道出口1. d	2018/3/9 16:04	Sample		西园隧道出口	0.015843147	0.8839773	0.003739301	0.6316048	0.00026005	21.439461
	FALSE	海埂. d	2018/3/9 16:06	Sample		RS201803-0001	0.005375972	1.044857	0.002240716	2.1980098	0.000204628	19.091441
	FALSE	五水厂. d	2018/3/9 16:07	Sample		RS201803-0007	0.091637276	0.8042875	0.001973101	1.7038106	0.000191844	46.823873
	FALSE	空白14. d	2018/3/14 16:01	Sample		空白14	0.000234244	11.868394	1.25942E-05	31.810212	9.80527E-05	19.915147
	FALSE	空白15. d	2018/3/14 16:02	Sample		空白15	0.000258797	10.547166	1.74099E-05	54.290187	3.41076E-05	255.25626

样品							111 Cd [ He ]		201 Hg [ He ]		208 Pb [ He ]	
	拒绝	数据文件	采集日期时间	类型	级别	样品名称	浓度 [ mg/L ]	浓度 RSD	浓度 [ mg/L ]	浓度 RSD	浓度 [ mg/L ]	浓度 RSD
	FALSE	1. d	2018/3/9 14:05	CalBlk	1	汞空白	<0.000	N/A	0	N/A	0.000141968	19.059303
	FALSE	2. d	2018/3/9 14:08	CalStd	2	2	<0.000	N/A	4.76103E-05	5.0485815	<0.000	N/A
	FALSE	3. d	2018/3/9 14:09	CalStd	3	3	7.47116E-10	82445.618	7.22895E-05	7.3401704	<0.000	N/A
	FALSE	4. d	2018/3/9 14:11	CalStd	4	4	<0.000	N/A	0.000203912	5.3703721	<0.000	N/A
	FALSE	5. d	2018/3/9 14:12	CalStd	5	5	3.56374E-07	86.420984	0.00048139	2.4286363	<0.000	N/A
	FALSE	6. d	2018/3/9 14:14	CalStd	6	6	<0.000	N/A	0.000979348	0.7288411	<0.000	N/A
	FALSE	7. d	2018/3/9 14:15	CalStd	7	7	<0.000	N/A	0.00259623	0.7950481	<0.000	N/A
	FALSE	8. d	2018/3/9 14:17	CalStd	8	8	<0.000	N/A	0.004960759	1.1283319	<0.000	N/A
	FALSE	9. d	2018/3/9 14:18	CalBlk	9	混标空白	0	N/A	3.04108E-05	6.1882488	0	N/A
	FALSE	10. d	2018/3/9 14:20	CalStd	10	10	0.000198008	7.0520543	2.91646E-05	12.116949	0.000854331	0.1677981
	FALSE	11. d	2018/3/9 14:21	CalStd	11	11	0.000398534	6.0055886	1.89446E-05	36.177515	0.001827873	0.4714887
	FALSE	12. d	2018/3/9 14:23	CalStd	12	12	0.000992784	1.3524708	2.24337E-05	21.688988	0.004666013	0.0711832
	FALSE	13. d	2018/3/9 14:24	CalStd	13	13	0.002042835	1.4520097	2.21851E-05	37.586897	0.009164423	0.2244779
	FALSE	14. d	2018/3/9 14:25	CalStd	14	14	0.003984476	1.8277417	1.91937E-05	25.943642	0.018493366	0.2820353
	FALSE	15. d	2018/3/9 14:27	CalStd	15	15	0.010137785	0.9184263	2.21851E-05	24.385594	0.0507119	0.2724722
	FALSE	16. d	2018/3/9 14:28	CalStd	16	16	0.019930339	0.3927283	2.46777E-05	15.552764	0.100050533	0.323569
	FALSE	空白1. d	2018/3/9 14:30	Sample		空白1	8.90188E-07	425.33228	5.23431E-06	83.71839	2.09775E-05	13.191287
	FALSE	空白2. d	2018/3/9 14:31	Sample		空白2	8.90188E-07	150.8733	3.73887E-06	98.664469	2.67989E-06	138.37393
	FALSE	松华坝. d	2018/3/9 14:33	Sample		RS201803-0002	2.29488E-05	3.5507073	2.41794E-05	16.07042	0.00060256	0.9587842
	FALSE	红坡水库. d	2018/3/9 14:34	Sample		红坡水库	1.17417E-05	34.113198	1.74486E-05	15.455394	0.00034465	0.5714134
	FALSE	自卫村水库. d	2018/3/9 14:36	Sample		RS201803-0008	2.73967E-05	19.771141	1.99417E-05	18.501277	0.000534055	0.1822536
	FALSE	断桥. d	2018/3/9 16:00	Sample		RS201803-0005	0.000153709	2.9125929	<0.000	N/A	0.001763065	1.840807
	FALSE	外草海中心. d	2018/3/9 16:01	Sample		RS201803-0006	0.000246761	4.8993983	3.24056E-06	23.089974	0.001922643	1.8124038
	FALSE	西园隧道出口. d	2018/3/9 16:03	Sample		西园隧道出口	6.45773E-05	10.658158	4.9883E-07	676.00352	0.00159253	0.3960673
	FALSE	西园隧道出口1. d	2018/3/9 16:04	Sample		西园隧道出口	7.72084E-05	14.173032	7.47984E-07	403.98358	0.001528098	1.4338768
	FALSE	海埂. d	2018/3/9 16:06	Sample		RS201803-0001	2.54397E-05	13.968258	2.24343E-06	38.472057	0.00127103	0.4244793
	FALSE	五水厂. d	2018/3/9 16:07	Sample		RS201803-0007	3.07767E-05	6.5641084	7.90188E-05	7.1036784	0.00123046	1.4482097
	FALSE	空白14. d	2018/3/14 16:01	Sample		空白14	3.73558E-10	675185.04	9.97032E-06	7.4968501	<0.000	N/A
	FALSE	空白15. d	2018/3/14 16:02	Sample		空白15	<0.000	N/A	9.47202E-06	24.124437	<0.000	N/A