

証明書番号：0000001706

温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します。

依頼者 アイ・ティ・イー株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸の内ビルディング 10F

校正対象商品

	製品名	型番
センサー	IB-trace TG P	190124110002423

合否判定基準：器差が $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ に収まっていること。

校正結果

校正年月日 2026 年 3 月 4 日

基準値 ($^{\circ}\text{C}$)	器差 ($^{\circ}\text{C}$)	実際の値 ($^{\circ}\text{C}$)
-40.00	± 0.5	-40.50
4.90	± 0.5	4.40
40.00	± 0.5	39.90

*校正は JIS Z 8710(1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行いました。

*校正に用いた恒温槽及び保冷剤は次の通りです。

製品名	型番	製造者名
IB Carburation Systems	64L Box/IB P5/IBHYLF220L.	アイ・ティ・イー株式会社

*校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名	製造番号	製造者名
デジタルハンディ温度計	B250884	株式会社チノー

*基準器は NITE (独立行政法人製品評価技術基盤機構) により認定された、JCSS 認定機関で検証されています。

*基準値は、基準器である温度計が示した値です。

2026 年 3 月 6 日

東京都千代田区丸の内 1-5-1

新丸の内ビルディング 10F

アイ・ティ・イー株式会社

TEL: 03-6206-3101

試験担当者	承認者

備考：事前の承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。