INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	CALOVENTORES	ID Informe

Realiza el ensayo: Malena Hidalgo	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☐
Fecha: 09/10/2026	Ensayo después de la reparación ☒

Datos del equipo

Código de identificación: CALENTA-60001033	Número de serie: 25013660001033
Fabricante: INNOVO	Ubicación: HEMODINAMIA
Modelo: 101724	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.109	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	228.2	V	-	-	P
Neutro a tierra	0.9	V	-	-	P
Vivo a tierra	229.0	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.0	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	17.8	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez