INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-08582WX0	Fecha de revisión	17/09/2026
Marca	General Electric	Sede	Cardiologia
Modelo	Vivid T8	Sector	Consult
Número de serie	6008582WX0	Ubicación	Cardiologia-Consult-Cons9

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	De 18.9% a 8.7% de almacenamiento ocupado.

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente mantenimiento preventivo trimestral.

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: Filtro antes



Figura 2: Filtro despues




Figura 3: Almacenamiento

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez