INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-225E1485	Fecha de revisión	22/09/2026
Marca	Philips	Sede	Nordelta
Modelo	Affiniti 30	Sector	Consultorios
Número de serie	USO225E1485	Ubicación	Nordelta-Consult-Cons21

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	18% de almacenamiento ocupado

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento preventivo trimestral

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtro antes



Figura 2: Filtro despues




Figura 3: Trackball



Figura 4: Etiquetado

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez