INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-225R1721	Fecha de revisión	24/09/2026
Marca	Philips	Sede	Sanatorio
Modelo	Affiniti CVx	Sector	UCO
Número de serie	USO225R1721	Ubicación	Sanatorio-UCO-Gral

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	No se observa suciedad

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	9% de almacenamiento ocupado

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento preventivo trimestral

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtro



Figura 2: Trackball

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez